

Anexo I

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA PARA ATENDER AO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA - FUNSAU/NA

Itens	Discriminação dos produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Catgut Cromado, 1, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 40mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. (Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura). MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN, BIOLINE.	UN	2.000,00	7,41	14.820,00
2	Catgut Cromado, 1, 75 cm, com agulha ponta romba de 90mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. (Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura). MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN E BIOLINE.	UN	240,00	12,43	2.983,20
3	Catgut Cromado, 1, 90 cm, com agulha cilíndrica estriada de 50mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. (Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura). MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN, BIOLINE.	UN	192,00	7,70	1.478,40

Anexo I

TERMO DE REFERENCIA

Itens	Discriminação dos produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
4	Catgut Cromado, 3-0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 30mm e 3/8 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. (Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN, BIOLINE.	UN	96,00	5,63	540,48
5	Catgut Simples, 0, 90 cm, com agulha cilíndrica estriada de 50mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. (Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura). MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN, BIOLINE.	UN	240,00	7,41	1.778,40
6	Catgut Simples, 0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 30mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. (Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura). MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN E BIOLINE.	UN	240,00	6,52	1.564,80
7	NYLON 10-0 30 CM PRETO (OFTALMOLOGICO)- COM DUAS AGULHAS 0,65 CM 3/8 DE CURVATURA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAX	30,00	464,64	13.939,20
8	POLIGLACTINA 910+ESTEREATO DE CALCIO VIOLETA TRANÇADA, 8-0, COMPRIMENTO DO FIO DE 30CM, BIAGULHADO DE 6,5MM COM CURVATURA DE 3/8, CIRCULO EM ESPATULA, OFTALMOLOGICO CAIXA COM 12 UNIDADES OU MAIS.MARCAS DE REFERÊNCIA ETHICON,COVIDIEN E BIOLINE.	CAX	2,00	574,68	1.149,36

Anexo I

TERMO DE REFERENCIA

Itens	Discriminação dos produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
9	POLIPROPILENO 7-0 DE 45cm CURVATURA DE 3/8 PONTA E, COM AGULHA ATRAUMÁTICA CILINDRICA DE 2X0,80cm. CAIXA COM 12 A 36 UNIDADES. (Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura). MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN, BIOLINE.	CAX	2,00	547,80	1.095,60
10	POLIPROPILENO 2-3 X-50CM-3 AGULHA 7,5CM 3/8 PONTA T- CX C/ 12 UNIDADES -(Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura). MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN, BIOLINE.	CAX	1,00	196,68	196,68
Total da Coleta:					39.546,12

Valor Total estimado da aquisição: 39.546,12 (trinta e nove mil quinhentos e quarenta e seis reais e doze centavos).

Justificativa : AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA PARA ATENDER AO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA - FUNSAU/NA

Prazo de entrega: 5 DIAS

Condições de Pagamento: A PRAZO

Local de entrega: HOSPITAL REGIONAL NOVA ANDRADINA

Unidade Fiscalizadora: HOSPITAL REGIONAL NOVA ANDRADINA

Nova Andradina(MS), 22 de Março de 2023