

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 31/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório:

35/2022

Data do Processo:

14/03/2022

ANEXO III

Folha: 1/4

Fornecedor: E-mail:
Endereço: Contato:
Cidade: Estado: Telefone:
CNPJ / CPF: Inscrição Estadual: Fax:
Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Condições de Pagamento:

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
1	19016607	UN	Catgut Cromado 0 70 cm a 75 cm, com agulha cilíndrica estriada de 40mm e 1/2 de curvatura, laçado. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN, BIOLINE. APRESENTAR AMOSTRA. (19-01-6607)	1.200,000	_____	_____	_____
2	19016560	UNI	Catgut Cromado, 0, 150 cm, sem agulha. Embalagem unitária possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN E BIOLINE. APRESENTAR AMOSTRA. (19-01-6560)	500,000	_____	_____	_____

Local e Data:/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 31/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 35/2022

Data do Processo: 14/03/2022

ANEXO III

Folha: 2/4

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
4	19016564	UNI	Catgut Cromado, 0, 90 cm, com agulha cilíndrica estriada de 48mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN E BIOLINE. APRESENTAR AMOSTRA. (19-01-6564)	360,000	_____	_____	_____
5	19016568	UNI	Catgut Cromado, 1, 75 cm, com agulha ponta romba de 90mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. (Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN E BIOLINE. APRESENTAR AMOSTRA. (19-01-6568)	360,000	_____	_____	_____
6	19016570	UNI	Catgut Cromado, 2-0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 4mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. (Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura).MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN E BIOLINE. APRESENTAR AMOSTRA. (19-01-6570)	500,000	_____	_____	_____

Local e Data:/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 31/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 35/2022

Data do Processo: 14/03/2022

ANEXO III

Folha: 3/4

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
7	19016543	UNI	Catgut Simples, 0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 31mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. (Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura). MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN E BIOLINE. APRESENTAR AMOSTRA. (19-01-6543)	240,000			
8	19016553	UNI	Catgut Simples, 3-0, 70 cm, com agulha cilíndrica estriada de 22mm e 1/2 de curvatura. Embalagem unitária, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência; data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. (Será aceito variação de 0,1 á 2mm no tamanho da agulha, não podendo alterar a curvatura da agulha o material e o diâmetro do fio de sutura). MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN E BIOLINE. APRESENTAR AMOSTRA. (19-01-6553)	300,000			
9	19016604	CX	FIO 8-0, POLIGLACTINA 910+ESTEREATO DE CALCIO VIOLETA TRANÇADA, COMPRIMENTO DO FIO DE 30CM, BIAGULHADO DE 6,5MM COM CURVATURA DE 3/8, CIRCULO EM ESPATULA, OFTALMOLOGICO CAIXA COM12 UNIDADES OU MAIS.MARCAS DE REFERÊNCIA ETHICON,COVIDIEN E BIOLINE. APRESENTAR AMOSTRA. (19-01-6604)	1.000,000			
10	19066805	CX	FIO DE POLIPROPILENO 7-0 DE 45cm CURVATURA DE 3/8 PONTA E, COM AGULHA ATRAUMÁTICA CILINDRICA DE 2X0,80cm. CAIXA COM 12 A 36 UNIDADES. MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN E BIOLINE. APRESENTAR AMOSTRA. (19-06-6805)	72,000			
11	19066806	CX	FIO DE PROLIPROPILENO 9-0 DE 30cm CURVATURA DE 3/8 PONTA E, COM AGULHA ATRAUMÁTICA CILÍNDRICA DE 2X0,65cm. CAIXA COM 12 A 36 UNIDADES. MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN E BIOLINE. APRESENTAR AMOSTRA. (19-06-6806)	72,000			

Local e Data:/...../.....

Carimbo e Assitura do Fornecedor

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

CNPJ: 12.600.146/0001-57
AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 31/2022 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo Licitatório: 35/2022

Data do Processo: 14/03/2022

ANEXO III

Folha: 4/4

Item	Código	Unid	Especificação	Quantidade	Marca Oferecida	Preço Unitário	Preço Total
12	90010197	CX	FIO POLIPROPILENO 2-3 X-50CM-3 AGULHA 7,5CM 3/8 PONTA T-CX C/ 12 UND-5 CX-MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN E BIOLINE. APRESENTAR AMOSTRA. (90-01-0197)	60,000	_____	_____	_____
13	19016610	UN	Nylon 0 preto, monofilamentar, com agulha triangular cortante, de 40mm e 1/2 de curvatura, laçado ponta romba. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN, BIOLINE. APRESENTAR AMOSTRA. (19-01-6610)	500,000	_____	_____	_____
14	19016612	UN	Nylon 3 preto, monofilamentar, com agulha triangular cortante, de 40mm e 3/8 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN, BIOLINE. APRESENTAR AMOSTRA. (19-01-6612)	360,000	_____	_____	_____
15	19016532	UNI	Poliglactina 910 + cobertura de Poliglactina 370 + estearato de cálcio, 70cm, 1-0, violeta, trançada, com agulha cilíndrica, de 36,4mm e 1/2 de curvatura. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso a embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no ministério da saúde. o produto deve seguir a norma técnica da ABNT- NBR 13904. MARCAS DE REFERENCIA ETHICON, COVIDIEN E BIOLINE. APRESENTAR AMOSTRA. (19-01-6532)	2.000,000	_____	_____	_____

Local e Data:,/...../.....

Carimbo e Assinatura do Fornecedor