


FUNDAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE DE NOVA ANDRADINA
CNPJ: 12.600.146/0001-57
Telefone: (67) 3441-5050
Avenida Eulenir de Oliveira Lima, 71
CEP: 79750-000 - Nova Andradina MS
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 5/2024 - PR
Processo Administrativo:
138/2024
Data do Processo:
22/11/2024
Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
UF:
CEP:
CNPJ:
Telefone:

ANEXO III MODELO PROPOSTA DE PREÇO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	500,000	PCT	<p>A COMPRESSA DEVERÁ SER CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO QUÁDRUPLO (4 CAMADAS) COM FIO RADIOPACO. A COMPRESSA DEVE</p> <p>TER O ENTRELAÇAMENTO DE QUATRO CAMADAS DO TECIDO QUE A COMPÕEM PARA EVITAR O DESLIZAMENTO ENTRE AS MESMAS. DE FÁCIL MANUSEIO, OFERECER MELHOR CONDIÇÃO DE VISIBILIDADE NO LOCAL DA CIRURGIA DEVENDO EM SUA EXTREMIDADE, POSSUIR UM CADARÇO DUPLO EM FORMA DE ALÇA QUE DEVE SER DEIXADA, POR PRECAUÇÃO, DO LADO EXTERNO DA CAVIDADE CIRÚRGICA. NÃO SOLTAR FIAPO, POSSUIR EM SUAS LATERAIS UMA COSTURA QUE PERMITE MAIOR SEGURANÇA. TER ALTA CAPACIDADE DE RETER LÍQUIDO, POIS SERÁ UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. PRODUTO DESCARTÁVEL TESTADO, COM REGISTRO NA ANVISA. ISENTA DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO E ALVEJANTES ÓPTICOS. CADA PACOTE DEVE CONTER 50 UNIDADES; PESANDO 35 GRAMAS CADA UNIDADE APRESENTAR AMOSTRA MARCA REFERENCIA: IGUAL OU SUPERIOR A MARCA CREMER.</p>			
2	150,000	PCT	<p>A COMPRESSA DEVERÁ SER CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO COM ALTA ABSORÇÃO EM TECIDO QUÁDRUPLO COM FIO RADIOPACO. A COMPRESSA DEVE TER O</p> <p>ENTRELAÇAMENTO DAS QUATRO CAMADAS DO TECIDO QUE A COMPÕEM PARA EVITAR O DESLIZAMENTO ENTRE AS MESMAS. DE FÁCIL MANUSEIO, OFERECER MELHOR CONDIÇÃO DE VISIBILIDADE NO LOCAL DA CIRURGIA DEVENDO EM SUA EXTREMIDADE, POSSUIR UM CADARÇO DUPLO EM FORMA DE ALÇA QUE DEVE SER DEIXADA, POR PRECAUÇÃO, DO LADO EXTERNO DA CAVIDADE CIRÚRGICA. NÃO SOLTAR FIAPO, POSSUIR EM SUAS LATERAIS UMA COSTURA QUE PERMITE MAIOR SEGURANÇA. TER ALTA CAPACIDADE DE RETER LÍQUIDO, POIS SERÁ UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. PRODUTO DESCARTÁVEL. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. COM REGISTRO DA ANVISA. A COMPRESSA DE CAMPO DEVERÁ SER ELABORADA COM TECIDO QUÁDRUPLO (QUATRO CAMADAS), 100% ALGODÃO, ALTAMENTE</p>			

ABSORVENTE, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO E ALVEJANTES ÓPTICOS. AS CAMADAS DE TECIDO POSSUÍREM AMARRAÇÕES, EVITANDO QUE UMA CAMADA DESLIZE SOBRE A OUTRA NO USO. AS BORDAS POSSUÍREM COSTURA PARA EVITAR O DESFIAMENTO, E UMA DAS BORDAS APRESENTA CADARÇO DUPLO. OPACOTE DEVERÁ CONTER 5 UNIDADES ESTERIL COM FIO RADIOPACO PESANDO 23 GRAMAS APROXIMADAMENTE CADA UNIDADE; APRESENTAR AMOSTRA MARCA REFERENCIA: IGUAL OU SUPERIOR A MARCA CREMER.

3	3.500,000	UN	MATERIAL PARA USO HOSPITALAR. CONFECCIONADA EM MATERIAL HIPOALERGÊNICO, ISENÇÃO DA SUBSTANCIA DE FIBRA DE VIDRO, INODORO, ATÓXICO, COM RESISTÊNCIA ADEQUADA A SUA FITIALIDADE; - FORMATO NÃ CÔNICO. COM DESIGN ANATÔMICO PARA ADAPTAÇÃO AO ROSTO, DE MODO A EVITAR TOTAL ENTRADA E SAÍDA DE AR PELAS BORDAS. USADA COMO PROTETOR PARA TUBERCULOSE: - CONSTITUÍDA POR 4 CAMADAS DE FIBRA SINTÉTICA REPELENTE A LÍQUIDOS QUE BARRA A ENTRADA DE FLUIDOS CORPÓREOS PROVENIENTES DE RESPINGOS; - DENSIDADE E POROSIDADE DE CAPAZES DE ATUAR COMO BARREIRA A MICROORGANISMOS; - FILTRO BACTERIOLÓGICO DE CAPACIDADE FILTRANTE ACIMA DE 95% PARA PARTÍCULAS DE 0,3 MICRONS; OU PELO SISTEMA DE TIRAS RÚSTICAS PARA PRESSÃO ANATÔMICA; - DOTADA DE CLIP NASAL. REVESTIDO. PRODUZIDO EM ALUMÍNIO FLEXÍVEL: - DEVERÁ CONTER C.A (CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO DO M.T.E) VALIDADE E IMPRESSO NO CORPO DA MÁSCARA OU NA EMBALAGEM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; - OBS: CADA PROTETOR EQUIVALE A UMA PEÇA; - NA COR BRANCA OU AZUL. APRESENTAR AMOSTRA.
4	1.200,000	UN	INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA - TESTE PARA CONTROLE BIOLÓGICO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL, EM 3 HORAS. ACOMPANHA INCUBADORA COMPATÍVEL COM O INDICADOR BIOLÓGICO, SENDO ESTA NA FORMA DE COMODATO. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DO INDICADOR DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCAS DE REFERÊNCIA: CLEAN UP E 3M ATTEST 1292.

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	
----------------------------------	--------------	--

_____, ____ de _____ de 20____

.....
Responsável